

Số: /TM-KSBT

Hải Phòng, ngày tháng năm 2026.

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

(Mua sắm thiết bị của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố  
Hải Phòng năm 2026)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá hàng hóa, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp thiết bị phục vụ công tác chuyên môn với nội dung như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng. Số 84 Nguyễn Tất Tố, phường Lê Chân, Hải Phòng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Khoa Dược - Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng;

SĐT: 0225.3842.878, Email: duoc.cdchp@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng. Số 84 Nguyễn Tất Tố, phường Lê Chân, Hải Phòng

- Nhận qua email: duoc.cdchp@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h30 ngày 08 tháng 4 năm 2026, đến trước 17h ngày 18 tháng 4 năm 2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày từ ngày 18 tháng 4 năm 2026.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục chi tiết, mẫu báo giá tại phụ lục I, II kèm theo.

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng.

3. Thời gian dự kiến hoàn thành: Quý II/2026

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Sau khi hai bên hoàn thiện, thống nhất thực hiện Hợp đồng

Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng kính mời các đơn vị gửi báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên.

Trân trọng cảm ơn.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Đăng tải trên HTMĐTQG;
- K.TTGDSK (đăng tải trên website đơn vị);
- HĐMS, K.BNN; K.XN;
- P.TCKT; P.KHNV;
- Lưu: VT, DVTYT.

**GIÁM ĐỐC**

**Đông Trung Kiên**

## PHỤ LỤC I: DANH MỤC HÀNG HÓA

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /TM-KSBT ngày tháng năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng)

STT	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1.	Bộ chiết mẫu pha rắn	Thiết bị mới 100% Bộ chiết pha rắn $\geq 24$ vị trí bao gồm: - 01 gói Cột chiết pha rắn C18, 500 mg, dung tích 3 ml, $\geq 50$ cột/gói. Dùng cho các chất không phân cực - 01 Gói Cột chiết pha rắn silica, 500 mg, dung tích 3 ml, $\geq 50$ cột/gói. Dùng cho các chất phân cực - 01 Bơm hút chân không cho bộ chiết pha rắn	Chiếc	1
2.	Máy đo oxy hoà tan	Thiết bị mới 100% - Dải đo & độ chính xác: Nồng độ oxy hòa tan 0,00 – 20,00 mg/L, độ chính xác $\pm 0,5\%$ giá trị đo; Độ bão hòa oxy: 0,0 – 200,0 %, độ chính xác $\pm 0,5\%$ giá trị đo. - Bộ nhớ dữ liệu: Thủ công $\geq 200$ giá trị; Tự động $\geq 5.000$ giá trị	Chiếc	1
3.	Máy đo độ dẫn, TDS	Thiết bị mới 100% - Độ dẫn điện: 0,00 – 1000 mS/cm; độ chính xác $\pm 0,5\%$ giá trị đo; Độ mặn: 0,0 – 70,0 (theo tiêu chuẩn IOT); TDS (Tổng chất rắn hòa tan): 1 – 1999 mg/L	Chiếc	1

4.	Cân phân tích	Thiết bị mới 100% - Cân phân tích 4 số - Mức cân tối đa: $\geq 220$ g; Độ tuyến tính: $\pm 0.3$ mg; Độ chia $\leq 0,1$ mg; Độ lặp $\leq 0,2$ mg	Chiếc	1
5.	Máy đo tốc độ gió	Thiết bị mới 100% - Tốc độ gió: Dải đo 0,1-25.0 m/s; Độ phân giải $\leq 0,01$ m/s. - Đo nhiệt độ: Dải đo 0-50oC; Độ phân giải $\leq 0,1$ oC	Chiếc	1
6.	Máy đo bụi hô hấp	Thiết bị mới 100%, bao gồm: Thiết bị đo nồng độ bụi điện tử; Đầu đo bụi kèm giấy lọc để đo bụi hô hấp - Dải đo từ 0 đến 250 g/m <sup>3</sup> (Tự động chọn dải đo) - Độ phân giải: $\leq 0.001$ mg/m <sup>3</sup> - Độ ổn định tại điểm Zero: $< 2\mu\text{g}/\text{m}^3$ - Đo bụi hô hấp với các phụ kiện kèm theo - Lưu lượng hút: 1-5L/phút - Kiểm soát lưu lượng: $< \pm 5\%$ tại điểm chuẩn	Chiếc	1
7.	Hệ thống nội soi tai mũi họng	Thiết bị mới 100%: <b>Cấu hình bao gồm:</b> - Nguồn sáng Nguồn sáng LED mini cầm tay cho nội soi 10W: 01 Chiếc - Bộ xử lý ảnh : 01 Chiếc - Tay camera HD: 01 Chiếc - Conector : 01 Chiếc	Chiếc	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vali : 01 chiếc</li> <li>- Bàn đạp chụp hình: 01 chiếc</li> <li>- Card HDMI: 01 chiếc</li> </ul> <p><b>Thông số kỹ thuật chính:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ vi xử lí camera:</li> <li>+Nguồn điện : 220V/50HZ</li> <li>+Chức năng cân bằng trắng tự động</li> <li>- Nguồn sáng di động; Công suất : 10W</li> <li>- Tay camera dạng thẳng; Tự động cân bằng sáng.</li> <li>- Bảo vệ dây silicon</li> <li>- Ống nội soi</li> <li>+ Ống soi tai mũi: 0 độ 4mm-175mm</li> <li>+ Ống soi thanh quản: 70 độ 4mm-175mm</li> </ul>		
--	---	--	--

## PHỤ LỤC II: MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Thư mời báo giá số: /TM-KSBT ngày tháng năm 2026  
của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng)

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hải Phòng và khả năng cung ứng của Công ty, chúng tôi ...[Ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh], xin gửi báo giá như sau:

### 1. Báo giá cho hàng hóa liên quan:

STT	Tên thiết bị	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật	Mã HS (nếu có)	Phân loại thiết bị Y tế (A, B, C, D) (đối với TBYT)	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1												
2												
...												

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ...ngày, kể từ ngày 18 tháng 4 năm 2026 (ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày)

3. Thời gian bảo hành, bảo trì, thời gian giao hàng (ghi cụ thể)

4. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày.....tháng.....năm

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp**

(Ký tên, đóng dấu)